



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ–380–02/2021

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Dzierżawę aparatów do terapii nerkozastępczej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz płynów**”.

- Wykonawca – Załącznik nr 2, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr lub 14Fr o długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca – Załącznik nr 2, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Załącznika nr 2 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela pozycji.
- Wykonawca –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Załącznika nr 2 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź – Zamawiający nie wydziela pozycji.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwa termin składania i otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji numer DZPiZ-380-02/2021 z dnia 12.03.2021 roku na:

Aktualny termin składania ofert to dzień **15.03.2021 roku** do godziny **10:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **11:00**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 10.03.2021 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie