



*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie*

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPIZ-380-8/2021

Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na "Zakup sprzętu medycznego" w ramach projektu numer RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie”,.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Wykonawca** – dotyczy: Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 sztuka: pkt.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w aktualny protokół defibrylacji AED wyposażony w algorytm wykrywania arytmii do defibrylacji pacjentów pediatrycznych oraz dorosłych, bez wykrywania ruchów pacjenta? Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian ERC/AHA.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
- Wykonawca** – dotyczy: Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 sztuka: pkt.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 21 poziomów energii defibrylacji?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – dotyczy: Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 sztuka: pkt.13. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator w konfiguracji: defibrylator z akumulatorem, ale bez łyżek ważył 6 kg?
Odpowiedź – Nie.
- Wykonawca** – dotyczy: Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 sztuka: pkt.16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania pełnego codziennego autotestu bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie akumulatorowo-sieciowym oraz sieciowym?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
- Wykonawca** – dotyczy: Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 sztuka: pkt.19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 5 poziomów wzmocnienia sygnału ekg w wymaganym zakresie: (4, 2,1, 0,5, 0,25 cm/mV oraz auto)? Proponowany defibrylator posiada tzw. autowzmocnienie (auto), które automatycznie dopasowuje wielkość mierzonego sygnału ekg do wielkości okna wyświetlania.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
- Wykonawca** – Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „W okresie gwarancji w razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio do bezpłatnej wymiany wadliwego: - Elementu na wolny od wad w terminie 7 dni

roboczych (...) ; - Urządzenia na wolne od wad w terminie do 21 dni roboczych (...)

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

7. **Wykonawca** – Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1b: W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż par 8 pkt. 1b wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: "w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy".

8. **Wykonawca** – Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1c: W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż § 8 pkt. 1c wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie: "w razie zwłoki w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach określonych w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości zamówienia netto za każdy dzień zwłoki. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy".

9. **Wykonawca** – Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1: Wnosimy, aby kary umowne były naliczane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. tj. za zwłokę, a nie za opóźnienie.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany zostaną uwzględnione we wzorze umowy.

10. **Wykonawca** – Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 2: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 20%, co umożliwi Wykonawcy właściwą ocenę ryzyka.

Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

11. **Wykonawca** – Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 1 d): Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni.

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.

12. **Wykonawca** – Proponujemy dodanie kolejnego par. 16a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej: "Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż zapisy dot. siły wyższej znajdują się we wzorze umowy.

13. **Wykonawca** – Pakiet 2 – Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne: Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym, wysokiej rozdzielczości ekranem, bez funkcji dotykowej, z klasyczną klawiaturą membranową, alfanumeryczną oraz funkcyjną, z możliwością łatwej dezynfekcji?

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

14. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 8:
Czy Zamawiający dopuści ekran 7 cali?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
15. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 9
Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość ekranu 800x400px?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
16. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 11:
Czy Zamawiający dopuści aparat z podglądem i inspekcją zapisanego EKG przed wydrukiem i możliwością wyboru innego odcinka EKG przez użytkownika?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
17. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 15
Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zapisu na karcie SD, przy czym czytnik wbudowany jest w aparat, a karta SD dołączona zostanie do zestawu?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
18. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 16:
Czy Zamawiający dopuści aparat ze standardowym pasmem przenoszenia 0,04- 150Hz? Pragniemy zwrócić uwagę, iż zakres do 300Hz jest specyficznym parametrem technicznym oferowanym tylko przez jedną firmę na rynku.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający posiada informacje iż co najmniej 2 wykonawców spełnia powyższy wymóg.
19. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 19:
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne aparat z systemem wspomaganego podpięcia elektrod w postaci 3 stopniowej kolorowej skali jakości podłączenia?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
20. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 24:
Czy Zamawiający dopuści prędkości zapisu 5/12,5/25/50mm/s?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
21. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 27:
Czy Zamawiający dopuści aparat z formatami wydruku o szerszym zakresie i ilości:
 - 1x10x12_25
 - 1x10x12_50
 - 2x10x6_25
 - 1x10x3_25
 - 2x5x6_25
 - 2x5x6_50
 - 2x5x6_25_R1
 - 4x2,5x3_25
 - 4x2,5x3_25_R1
 - 4x2,5x3_25_R3
 - 4x2,5x3_25_R2_P
 - ?**Odpowiedź** – Zamawiający nie dopuszcza.
22. **Wykonawca** - Pakiet 2 - Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 28:
Czy Zamawiający dopuści aparat z jednoczesnym wydrukiem 6 i 12 kanałów, co jest standardową procedurą podczas wykonywania badania EKG? Pragniemy zauważyć iż wymagany, specyficzny zapis/ parametr wskazuje tylko na jednego producenta aparatów EKG.
Odpowiedź – Nie, Zamawiający posiada informacje iż co najmniej 2 wykonawców spełnia wymóg.

23. **Wykonawca** – Pakiet 2 – Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 38,39:
Czy Zamawiający dopuści aparat ze standardowym przewodowym modułem akwizycji danych?
Odpowiedź – Nie.
24. **Wykonawca** – Pakiet 2 – Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 44:
Czy Zamawiający dopuści przechowywanie EKG w formacie XML, Hilltop, PDF?
Odpowiedź – Nie.
25. **Wykonawca** – Pakiet 2 – Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 46:
Czy Zamawiający dopuści wbudowany system zabezpieczeń i poświadczeń oparty na bezpieczeństwie aparatu, logowanie za pomocą loginu i hasła? Zwracamy uwagę, iż wymagany parametr spełnia tylko jedna firma na rynku.
Odpowiedź – Nie, Zamawiający posiada informacje iż co najmniej 2 wykonawców spełnia powyższy wymóg.
26. **Wykonawca** – Pakiet 2 – Aparat EKG „Wymagane parametry techniczne” Pkt 52:
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego pozwalającego na wykonanie 150 jednostronicowych zapisów EKG spoczynkowego lub 6 godzin (przeciętnie) ciągłego monitorowania bez drukowania (minimum)?
Odpowiedź – Nie.
27. **Wykonawca** – Dotyczy pakietu nr 2 – Aparat EKG: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące pkt 38 i 39 opisu technicznego aparatu EKG: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego modułu bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG. Zapis ten uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert więcej niż jednemu producentowi sprzętu. Moduł ten jest produkowany przez jedną jedyną firmę. W zamian proponujemy przyjęty na całym świecie standard jakim jest standardowej długości kabel pacjenta podłączony bezpośrednio do aparatu EKG. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tych dwóch pkt (38 i 39) przy zachowaniu wszystkich pozostałych opisujących sam aparat EKG.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.
28. **Wykonawca** – dot. pakietu 1, pkt 3 – Czy Zamawiający dopuści ssak z podciśnieniem max. 640 mmHg (85 kPa)
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
29. **Wykonawca** - dot. pakietu 1, pkt 4 – Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności 30 l/min?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
30. **Wykonawca** – dot. pak. 1 pkt5 – Czy Zamawiający dopuści ssak z manometrem opisanym tylko w skali mmHg?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
31. **Wykonawca** – dot. pakietu 1, pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści ssak oparty |
o pracę silnika na wysokoobrotowej bezolejowej pompie tłokowej?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
32. **Wykonawca** – dot. pakietu 1, pkt 10 – Czy Zamawiający dopuści ssak o poziomie hałasu <50dB?
Odpowiedź – Nie.
33. **Wykonawca** - dot. pakietu 1, pkt 12 – Czy Zamawiający dopuści ssak ze zbiornikiem o poj. 2 litry?
Odpowiedź – Tak.
34. **Wykonawca** – dot. pakietu 1, pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści ssak z podstawa jezdnią na 5 kółkach (dwa z blokadą)?
Odpowiedź – Tak.
35. **Wykonawca** – dot. pakietu 1, pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści ssak bez dodatkowego uchwytu na dren?
Odpowiedź – Nie.

36. **Wykonawca** – dot. pakietu 1, pkt 18 – Czy Zamawiający dopuści ssak o poborze mocy 100 W
Odpowiedź – Nie.

37. **Wykonawca** – dot. § 4 „Wymagania jakościowe” – punkt numer 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych i do 30 dni roboczych w przypadku sprowadzanych części zamiennych z zagranicy - liczony od zdiagnozowania usterki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż § 4 pkt 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Czas naprawy wynosi do 5 dni roboczych i do 20 dni roboczych w przypadku sprowadzanych części zamiennych z zagranicy liczony od zdiagnozowania usterki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

38. **Wykonawca** – dot. § 8 „Kary Umowne” – punkt numer 1b: - Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie z wysokości 1% wartości brutto na 0,1% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy?
Odpowiedź – Odpowiedź jak w pytaniu numer 7.

39. **Wykonawca** – dot. § 8 „Kary Umowne” – punkt numer 1c: Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach określonych w Umowie z wysokości 1% wartości zamówienia netto na 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy?
Odpowiedź – Odpowiedź jak w pytaniu numer 8.

40. **Wykonawca** – dotyczy Załącznik numer 3 - Pakiet numer 3 - Defibrylator: Ponieważ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli w efekcie stosowania uzyskuje się taki sam efekt jak w przypadku zastosowania technologii opisanej przez Zamawiającego, prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia o innych parametrach niż opisał Zamawiający. Bez dopuszczenia rozwiązań o innych parametrach zapis pozwalający na zaproponowanie rozwiązań równoważnych jest martwy, ponieważ Zamawiający wskazuje na parametry opisujące konkretne rozwiązania, a nie wskazuje na efekt końcowy lub funkcjonalność jaką chce uzyskać.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

41. **Wykonawca** – dotyczy Załącznik numer 3 - Pakiet numer 3: W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dostarczenia defibrylatora z funkcją defibrylacji prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia zapewniającego dwufazową falę defibrylacji w technologii RBW rektalinearnej, która jest równoważna do innych technologii defibrylacyjnych, a cechuje się innymi parametrami pracy:

- Wybór energii w zakresie: 1-200J
- Wybór energii w trybie AED: 120 – 200J
- Czas ładowania do maksymalnej energii: do 7 sek.
- Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej: 20, co jest proporcjonalne do ilości poziomów energii oferowanych do technik wysokoprądowych oferujących energię do 360J, ale przez to bardziej szkodliwą dla komórek mięśnia sercowego.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

42. **Wykonawca** – dotyczy Załącznik numer 3 - Pakiet numer 3: W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dostarczenia defibrylatora z funkcją stymulacji prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia zapewniającego szerokoczasową (40 ms) falę impulsu stymulacyjnego, która jest co najmniej równoważna do innych technologii, a cechuje się innymi parametrami pracy:

a. **Wybór natężenia prądu w zakresie 0-140 mA**

Urządzenie pracujące w technologii stymulacji 40ms, który jest skuteczniejszy niż impuls 20ms lub 5 ms jakie są stosowane przez innych producentów defibrylatorów, przy jednoczesnym zaoferowaniu szerszego zakresu 30 – 180 imp./min. oferuje szersze możliwości terapeutyczne. W przypadku zastosowania szerszego impulsu stymulacyjnego nie ma potrzeby stosowania wyższych energii. Stosowanie wyższych energii jest konieczne w przypadku technologii o krótkim czasie trwania impulsu stymulacyjnego. Stosowanie wyższych energii jest niekorzystne dla pacjenta: zwiększa natężenie bólu i powoduje powikłania wynikające z przepływu prądu przez komórki. Dalszym efektem jest konieczność walki z bólem, co w następstwie powoduje konieczność stosowania większych dawek silnych środków do analgezji i sedacji, co następnie pociąga za sobą większe obciążenie dla organizmu i konieczność dłuższego pozostawania pod ścisłą opieką medyczną na łóżku stale monitorowanym po zakończonym zabiegu. Warto nadmienić, że procedury medyczne i Wytyczne nie określają poziomów stymulacji, a mówią wyraźnie o efektywności prowadzonej stymulacji.

Przy szerszym impulsie efektywność osiągnana jest przy znacznie niższych poziomach energii.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

43. **Wykonawca** – dotyczy Załącznik numer 3 - Pakiet numer 3: Pytanie: W związku z oczekiwaniem przez Zamawiającego możliwości prowadzenia elektroterapii i wspomaganie RKO u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby urządzenie umożliwiło (producent zalecał takie stosowanie) stosowania wszystkich trybów pracy i funkcji u wszystkich osób (od noworodków po osoby dorosłe) tzn.: stymulacji zewnętrznej, defibrylacji (ręcznej i w trybie AED), monitorowania EKG, monitorowania SpO2, monitorowania EtCO2.

Odpowiedź – Nie.

44. **Wykonawca** – dotyczy Załącznik numer 3 - Pakiet numer 3: Pytanie: W związku z wymaganiem przez Zamawiającego regulacji wzmocnienia sygnału EKG, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatycznym wzmocnieniem w zakresie: 0,5 – 3 mV? Warto nadmienić, że procedury medyczne i Wytyczne nie określają poziomów wzmocnienia, a mówią jedynie o konieczności użycia takich funkcji o ile urządzenia je posiadają. Dostępny w urządzeniu zakres jest w pełni wystarczający do podjęcia prawidłowej decyzji medycznej, a oferowana automatyzacja pracy urządzenia znacznie ją ułatwia.

Odpowiedź – Nie.

45. **Wykonawca** – Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 szt.: Ad. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z 23 stopniami dostępności energii zewnętrznej.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

46. **Wykonawca** – Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 szt.: Ad. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora, którego waga bez dodatkowych opcji wynosi 7,1 kg.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

47. **Wykonawca** – Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 szt.: Ad. 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności automatycznych testów podczas włączenia z możliwością wydruku wyniku i pracy defibrylatora; możliwość wykonania testu ręcznie.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

48. **Wykonawca** – Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 szt.: Ad. 18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomiaru tętna 30-300 u/min.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

49. **Wykonawca** – Pakiet nr 3 - Defibrylator - 1 szt.: Ad. 19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zakresu sygnału EKG, 5 poziomów wzmocnienia: 2,5; 5; 10; 20 i 40 mm/mV.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

50. **Wykonawca** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:
a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia,
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy w tym zakresie.

b) w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy sprzętu, wadliwej części, niezgodnej części towaru, niewymienionego sprzętu którego zwłoka dotyczy za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy,

Odpowiedź – Odpowiedź jak w pytaniu numer 7.

c) w razie zwłoki w dokonaniu bezpłatnych przeglądów serwisowych w terminach określonych w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanego w terminie przeglądu serwisowego za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy,

Odpowiedź – Odpowiedź jak w pytaniu numer 8.

51. **Wykonawca** – Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach umowy.

52. **Wykonawca** – W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „...od otrzymania reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zmieniając zapisy na wyżej wymienione, termin ten byłby zawsze dla Zamawiającego niewiadomy (nieokreślony), gdyż nie wiadomo kiedy Wykonawca mógłby „...uznać...” reklamację.

Zmiana SWZ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust 3 oraz art. 286 ust 1 i ust 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, zmienia termin otwarcia i składania ofert z dnia 7.05.2021 roku na dzień:

- składanie ofert do dnia **12.05.2021 roku** do godz. **12:00**;
- otwarcie ofert dnia **12.05.2021 roku** o godz. **13:00**.

Zmianie ulega również termin związania ofertą, tj. do dnia 10.06.2021 roku.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 5.05.2021 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie