

Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA WYKONANIA MEBLI Z PŁYTY MEBLOWEJ

1. Korpusy i fronty mebli wykonane z płyty wiórowej meblowej melaminowanej dwustronnie o grubości min 18mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
2. Blaty biurzek wykonane z podwójnej płyty wiórowej melaminowanej gr. min 35mm.
3. Blaty szafek wykonane z płyty wiórowej pokrytej HPL, o gr. blatów min 30mm, przy każdym blacie listwa przyścienna.
4. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2mm (fronty).
5. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi.
6. Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego (wybrany z min. 20 kolorów w tym kolory UNI i drewnopodobne).
7. Zawiasy w systemie typu CLIP TOP lub równoważne (posiadające dożywotnią gwarancję Producenta).
8. Szuflady na prowadnicach z dociągiem i cichozamykaniem zamykania.
9. Uchwyty metalowe o rozstawie min 128mm, gładkie, zaoblone.
10. Szafki, w których wyszczególniono występowanie zamków wykonane w systemie MASTER KEY lub równoważny. W ciągach szuflad należy zastosować zamki centralne.
11. Meble oparte na nóżkach metalowych o wysokości min. 150mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20mm.
12. Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z min 3,2mm HDF (chyba że zapis szczegółowy opisuje inne rozwiązanie)
13. Szafki wiszące wieszane na listwie montażowej.
14. Wszystkie przelotki do ustalenia z Zamawiającym.
15. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia (chyba że zapis szczegółowy opisuje inne rozwiązanie).
16. Wszystkie meble bez widocznych zewnętrznych połączeń.
17. Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych.
18. Meble muszą posiadać atest zgodności z normą PN –EN 14073:2006; 14074:2006 lub równoważne.
19. Meble muszą być odporne na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w jednostkach służby zdrowia.