



*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie*

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-35/2019

Staszów, dnia 12.09.2019 r.

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami**”.

1. **Wykonawca** – Dot. projektu umowy § 1 pkt. 2: Prosimy o informacje czy Zamawiający pozwoli na wydłużenie czasu na dostarczenie przedmiotu umowy i instalację z 14 do 21 dni.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy § 1 pkt 2 oraz zapisy SIWZ, rozdział V, pkt 1 w tym zakresie.
2. **Wykonawca** – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” – pkt. nr 2. Zestawy odczynnikowe w postaci maksymalnie dwóch wymiennych kaset zawierających wszystkie elementy zużywalne tj.: odczynniki, elektrody, płyny myjące, kontrolne oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki. Czy przez wyspecyfikowanie „w postaci maksymalnie dwóch wymiennych kaset” Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym oddzielana jest kasea odczynnikowa (pakiet odczynnikowy) i kasea sensorowa, które łącznie zawierają wszystkie elementy zużywalne tj. odczynniki, elektrody, płyny myjące, kontrolne oraz hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.
3. **Wykonawca** – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” – pkt. nr 7. „Automatyczny system kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu. Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów.” Prosimy o informację, czy przez zapis „automatyczny system kontroli jakości” Zamawiający oczekuje wbudowanego w pełni automatycznego systemu kontroli jakości, z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniającego możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga zaproponowania dowolnego rozwiązania kalibracji parametrów oraz prowadzenia bieżącej kontroli jakości potwierdzającej sprawność aparatu i poprawność uzyskiwanych wyników, przeprowadzanego automatycznie bez udziału operatora.
4. **Wykonawca** – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia oferowanego analizatora, do systemu Centrum firmy Marcel, tak aby przesyłane były wyniki pacjenta oraz wyniki kontroli jakości tj., wartości nominalne uzyskane dla każdego z parametrów. Informacja ta jest nam niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga aby do systemu firmy MARCEL przekazywane były skonfigurowane w analizatorze parametry zarówno przy wykonywaniu oznaczeń pacjenta jak i materiałów kontrolnych.
5. **Wykonawca** – Dot. Załącznika numer 1 do SIWZ „Parametry wymagane analizatora RKZ” – pkt. nr 9. „Wbudowany skaner i drukarka.” Czy Zamawiający oczekuje analizatora, w którym skaner i drukarka jest integralną częścią analizatora, co zapewnia operatorowi bezdotykowy sposób odczytywania kodów kreskowych?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam  
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie