



*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie*

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ–380–36/2020

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego" w ramach projektu numer RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie”.

- Wykonawca** – Dotyczy Pakiet nr 3\_ Myjnia dezynfektor: Pkt. 10  
- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 610 mm ?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie dopuści urządzenia o głębokości 610 mm.
- Wykonawca** – Dotyczy Pakiet nr 3\_ Myjnia dezynfektor: Pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o wysokości 520 mm mieszczącą wymaganą ilość naczyń sanitarnych?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z komorą o takim wymiarze pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
- Wykonawca** – Dotyczy Pakiet nr 3\_ Myjnia dezynfektor: Pkt. 15- Czy Zamawiający dopuści pompę o wydajności 298 l/min zapewniającą dokładne mycie naczyń sanitarnych?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie dopuści pompy o wydajności 298 l/min.
- Wykonawca** – Dotyczy Pakiet nr 3\_ Myjnia dezynfektor: Pkt. 26- Czy Zamawiający dopuści czytelny wyświetlacz graficzno- tekstowy wyświetlający dane w postaci monochromatycznej?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z tego typu wyświetlaczem pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
- Wykonawca** – Dotyczy Pakiet nr 3\_ Myjnia dezynfektor: Pkt.33- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu USB oraz komunikacji Bluetooth? Postawione wymagania są charakterystyczne dla jednego producenta tj. AT-OS co znacząco ogranicza konkurencyjność składanych ofert.  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie dopuści urządzenia bez portu USB oraz komunikacji Bluetooth.
- Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 4 – Aparat do dekontaminacji pomieszczeń: Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga aby środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
- Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 4 – Aparat do dekontaminacji pomieszczeń: Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą

dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu.

8. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1 basenu z pokrywą i 1 kaszki lub zamiennie 3 kaczek?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie o w/w pojemności pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

9. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w uszczelkę drzwiową z tworzywa sztucznego umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w w/w typ uszczelki drzwiowej pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

10. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 10, 12: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 545mm szer. x 475mm gł. x 1630mm wys. nieznacznie różniących się od wymaganych, posiadające komorę o wymiarach: wys. 580mm x szer. 450mm x gł. 330mm?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie o w/w wymiarach pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ

11. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system 13 dysz myjących z tworzywa sztucznego (w tym 7 dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stałe z pojedynczym strumieniem, 2 multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w w/w system 13 dysz myjących z tworzywa sztucznego pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ

12. **Wykonawca** - dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pompę o wydajności 250l/min oraz mocy 730W?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia posiadającego pompę o wydajności 250l/min oraz mocy 730W.

13. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 16, 17: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, mocy 5,05kW, posiadające wytwornicę pary o mocy 4,3kW?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o wyżej opisanych parametrach.

14. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 20: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające jedną wbudowaną pompę dozowaną środka zmiękczonego/detergentu?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia posiadającego jedną wbudowaną pompę dozowaną środka zmiękczonego/detergentu.

15. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 30: Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stasowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w w/w system suszenia pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

16. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 33, 34, 39: Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 33, 34 wymaganych parametrów dopuszczając urządzenie z możliwością zapamiętania raportu z minimum 800 ostatnich cykli mycia,

wyposażone z złącze RS232 umożliwiające sczytanie zarchiwizowane dane?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie odstąpi od zapisów pkt. 33, 34 SIWZ.

17. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 35: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu < 70dB?

**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu <70 dB pod warunkiem, że maksymalny poziom wytwarzanego hałasu przez urządzenie to 54dB.

18. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor: Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 14, 22, 23 wymaganych parametrów?

**Odpowiedź** – Zamawiający nie odstąpi od pkt. 14, 22, 23 wymaganych parametrów.

19. **Wykonawca** – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia dezynfektor, pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 wstępnie zdefiniowane programy mycia (szybki, normalny, intensywny) wybierane z bezpośrednio dedykowanymi przyciskami (z możliwością modyfikacji przez użytkownika) oraz możliwość zaprogramowania przez użytkownika 3 programów indywidualnych?

**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w w/w programy mycia pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

20. **Wykonawca** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranic? Po przekroczeniu wyłącznie terminu naprawy 30 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczeni urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.

21. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 5 dopuści dotykowy i czytelny ekran LCD z możliwością wpisywania dowolnej kubatury do 300 m<sup>3</sup>, pokazujący czas zamglawiania w stosunku do wpisanej wartości kubatury?

**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania urządzenia z możliwością wpisywania kubatury do 300 m<sup>3</sup>,

22. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia 7 kg?

**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wadze 7 kg, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

23. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy Zamawiający dopuści prędkość turbiny 20000RPM?

**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z prędkością turbiny 20000RPM.

24. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencji odstąpi od wymogu archiwizacji danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB i zapisu plików informacyjnych?

**Odpowiedź** – Zamawiający nie odstępuje od wymogu archiwizacji danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB i zapisu plików informacyjnych.

25. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji?

**Odpowiedź** – Zamawiający nie odstępuje od wymogu możliwości podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji.

26. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy Zamawiający dopuści zamglawiacz o wymiarach 330x460x330 mm?

**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania zamglawiacza o wymiarach 330x460x330 mm.

27. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy w rozumieniu punktu 8 Zamawiający dopuści kompatybilny środek na bazie nadtlenu wodoru (49,5g/kg) aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów sporów?

**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie środka na bazie nadtlenu wodoru o stężeniu 49,5g/kg.

28. **Wykonawca** – pakiet nr 4 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń – 4 szt.: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia skuteczności badaniami zgodnie z normą NFT 72-281?

**Odpowiedź** – Zamawiający nie odstępuje od wymogu potwierdzenia skuteczności badaniami zgodnie z normą NFT 72-281.

29. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt., Prosimy o podanie rodzaju stropu w miejscu montażu kolumn.

**Odpowiedź** – Strop wykonany z płyt kanałowo - żelbetowych, 24 cm grubości.

30. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt., Czy Zamawiający posiada doprowadzone przewody zasilające do miejsca montażu kolumny

**Odpowiedź** – Zamawiający posiada doprowadzenie (instalację) gazów medycznych.

31. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt., Czy w przypadku potrzeby wzmocnień stropu w miejscu montażu lampy Zamawiający wykona je na własny koszt?

**Odpowiedź** – Ewentualne wzmocnienia stropów należą do zakresu przedmiotu zamówienia (po stronie Wykonawcy).

32. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt., Prosimy Zamawiającego o podanie odległości od podłogi do stropu oraz ewentualnie sufitu podwieszanego w miejscu montażu kolumny?

**Odpowiedź** – Wysokość od podłogi do stropu - 2984mm, do sufitu podwieszanego - 2541mm.

33. **Wykonawca** – Pakiet nr 1 - zestaw kolumn gazów medycznych, Kolumna przyłóżkowa sufitowa dwustanowiskowa – 2 szt., Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni. Urządzenia są produkowane na zamówienie i wykonawcy nie będą w stanie dostarczyć ich w krótszym terminie.

**Odpowiedź** – Zamawiający wydłuża termin realizacji do 6 tygodni - dot. wszystkich pakietów.

34. **Wykonawca** – Pytanie 1, dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ – projekt umowy, §7 pkt. 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie z 3% wartości wynagrodzenia umownego brutto do 0,5% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy?

**Odpowiedź** – Zamawiający informuje, iż par 7 pkt 1 b otrzymuje następujące brzmienie: "w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy".

35. **Wykonawca** – Formularz cenowy – pakiet Nr 1 : Prosimy o wyjaśnienie, czy pod jednostką miary „ 1 szt. (kpl) ” Zamawiający oczekuje podania łącznej ceny za 1 szt. kolumny jednostanowiskowej oraz 2 szt. kolumn dwustanowiskowych? Jeśli nie, prosimy o stosowną korektę formularza cenowego w zakresie pakietu Nr 1.

**Odpowiedź** – Wartość w formularzu ofertowym jak i w formularzu cenowym w pakiecie numer 1 należy podać za cały zakres wchodzący w skład pakietu numer 1, załącznik numer 1 oraz zgodnie z SIWZ.

36. **Wykonawca** – Termin realizacji 1. W związku z występowaniem pandemii COVID-19 oraz znacznymi problemami z łańcuchem dostaw zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy. Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia winien uwzględniać specyfikę przedmiotu zamówienia, który to jest produkowany pod konkretne zlecenie, nie jest to sprzęt magazynowany przez Wykonawców. Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za niezawinione przez niego okoliczności, takie jak występujące w związku z COVID-19 wydłużenie czasu realizacji zamówień



przez producentów wyrobów medycznych oraz potencjalne opóźnienia transportów.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wydłuża termin realizacji do 6 tygodni - dot. wszystkich pakietów.

37. **Wykonawca** – Umowa § 7 ust. 1 pkt. b): Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie do wysokości 0,5 % wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

**Odpowiedź** – Zamawiający informuje, iż par 7 ust 1 pkt b otrzymuje następujące brzmienie: "w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy".

38. **Wykonawca** – Umowa § 8 ust. 1 pkt. d): W związku z występowaniem pandemii COVID-19 prosimy Zamawiającego o modyfikację umowy w zakresie terminu odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin realizacji wskazany w § 2 niniejszej umowy do 14 dni względem pierwotnego terminu realizacji określonego w umowie.

**Odpowiedź** – Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 pkt. d) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: "Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 14 dni roboczych ponad terminy określone w umowie".

39. **Wykonawca** – Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy dla pakietu 1: Zamawiający wyznaczył bardzo krótki czas realizacji umowy, tj. 4 tygodnie, ustanawiając jednocześnie bardzo wysokie kary za nieterminową realizację zadania. Projekt umowy §7 zakłada karę 3% wartości zamówienia netto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Należy brać pod uwagę fakt, iż producenci i dostawcy elementów działają w czasie ogólnoświatowej pandemii, która ma wpływ na płynność dostaw i swobodę transportu. Zastosowanie tak rażąco wysokich kar jak w projekcie umowy, w postępowaniu o wysokiej wartości może spowodować, że wielu potencjalnych wykonawców zrezygnuje w ogóle ze złożenia oferty, ponadto wartość ofert może być sztucznie zawyżana dla uwzględnienia potencjalnych, możliwych kar w przyszłości. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni.

**Odpowiedź** – Zamawiający informuje, iż §7 ust 1 pkt a), b) otrzymują następujące brzmienie: "Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach: a) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia netto,; b) w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania, dostawy, w usunięciu stwierdzonych wad, awarii, niezgodności towaru z umową, wymiany na nowy ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień opóźnienia. Kary naliczane będą w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Ponadto Zamawiający wydłuża termin realizacji do 6 tygodni - dot. wszystkich pakietów.

## ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców i dokonanymi w ten sposób zmianami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Aktualny (zmieniony) termin składania ofert to dzień **9.02.2021** roku, do godziny **9:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **10:00**.

Staszów, dnia 22.01.2021 r.

Zatwierdzam:  
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie