

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-20/2021

### Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawę "Materiałów do sterylizacji".

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Wykonawca** – dot. pakietu 4 poz. 2.: Czy Zamawiający w ostatnim zdaniu opisu SWZ ma na myśli coroczną kalibrację? Jeżeli nie zwracam się z prośbą o określenie co Zamawiający ma na myśli?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga corocznej kalibracji urządzenia (Bezpłatnej w okresie gwarancji).
- Czy Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni autoryzowany bezpłatny serwis i coroczną kalibrację (jeżeli to zamawiający ma na myśli) w czasie trwania gwarancji, a po okresie gwarancji wykonawca zapewni możliwość płatnego autoryzowanego serwisu i kalibracji autoczytnika?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę autoryzowanego bezpłatnego serwisu w czasie trwania gwarancji, a po okresie gwarancji wykonawca zapewni możliwość płatnego autoryzowanego serwisu.
- Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 3 (pakiet nr 3, poz. 1 i 2): Prosimy o dopuszczenie wskaźników biologicznych szybkiego odczytu o parametrach lepszych od opisanych w formularzu cenowym - z ostatecznym wynikiem do 20 minut. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134oC o populacji spor 106, pakowane po 25 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zaokrąglając w górę. Posiadające etykietę z numerem referencyjnym, nr lot, datę ważności oraz test chemiczny typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. Nakrętka wskaźnika w kolorze niebieskim. Aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką - nie wymaga użycia dodatkowego przyrządu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzoną przez producenta. Wraz z pierwszą dostawą wskaźników wykonawca dostarczy kompatybilny inkubator. Urządzenie pozwalające na inkubację wskaźników biologicznych oraz posiadające detektor fluorescencyjny zapewniające odczyt wyniku do 20 minut. Każde miejsce na fiolkę posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o statusie inkubacji. Urządzenie wyposażone w ekran LCD z menu w j. polskim. Alarmy tekstowe oraz dźwiękowe. Inkubator posiada zamykane klapy zabezpieczające miejsca do umieszczenia fiolek przed zabrudzeniem oraz zalaniem.  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 28.09.2021 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

**Paweł Wojtasik**