



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-22/2021

Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na dostawy "Materiałów do sterylizacji".

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 1, poz. 1 i 2)
Prosimy o dopuszczenie taśm zgodnych z SWZ o szerokości 18 mm.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
- Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 1, poz. 6)
Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych testów typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych, posiadające oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Testy pakowane a' 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wykonawca dostarczy przyrządy Zgodnie z SWZ.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
- Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 1, poz. 7)
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SWZ ze wskaźnikiem umieszczonym na plastikowym podłożu.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 1, poz. 8)
Czy Zamawiający wymaga testów dedykowanych dla obszaru medycznego wykrywających pozostałości białkowe na poziomie 1µg?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza (nie wymaga).
- Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 1, poz. 9)
Prosimy o dopuszczenie niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi testów kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Testy pakowane a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wykonawca dostarczy przyrządy Zgodnie z SWZ.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

6. **Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 1, poz. 12)
Prosimy o dopuszczenie testu do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134°C/3,5 min, test pakowany jako zestaw: przyrząd PCD + 400 sztuk wskaźników. Wykonawca zaoferuje 4 zestawy.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
7. **Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 1 (pakiet nr 1, poz. 13)
Prosimy o dopuszczenie testu chemicznego, który sprawdza skuteczność mycia myjni-dezynfektora w w usunięciu białek, lipidów oraz polisacharydów tj. wszystkich czynników, które znajdują się na narzędziach i powinny zostać usunięte na etapie mycia. Opisany przez Zamawiającego test biologiczny nie znajduje się w żadnych normach oraz wytycznych. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie jaką populację spor bakteryjnych powinien zawierać wskaźnik w celu wykonania kontroli biologicznej myjni-dezynfektora.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. Enterococcus faecium 10⁷
8. **Wykonawca** – dot. formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 2 (pakiet nr 2, poz. 1 i 2)
Prosimy o dopuszczenie wskaźników biologicznych szybkiego odczytu o parametrach lepszych od opisanych w formularzu cenowym - z ostatecznym wynikiem do 20 minut. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134oC o populacji spor 10⁶, pakowane po 25 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zaokrąglając w górę. Posiadające etykietę z numerem referencyjnym, nr lot, datę ważności oraz test chemiczny typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. Nakrętka wskaźnika w kolorze niebieskim. Aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką - nie wymaga użycia dodatkowego przyrządu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzoną przez producenta. Wraz z pierwszą dostawą wskaźników wykonawca dostarczy kompatybilny inkubator. Urządzenie pozwalające na inkubację wskaźników biologicznych oraz posiadające detektor fluorescencyjny zapewniające odczyt wyniku do 20 minut. Każde miejsce na fiolkę posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o statusie inkubacji. Urządzenie wyposażone w ekran LCD z menu w j. polskim. Alarmy tekstowe oraz dźwiękowe. Inkubator posiada zamykane klapy zabezpieczające miejsca do umieszczenia fiolek przed zabrudzeniem oraz zalaniem.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

Zmiana SWZ Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust 3 oraz art. 286 ust 1 i ust 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, zmienia termin otwarcia i składania ofert z dnia 25.10.2021 roku na dzień:

- składanie ofert do dnia **27.10.2021 roku** do godz. **9:00**;
- otwarcie ofert dnia **27.10.2021 roku** o godz. **10:00**.

Zmianie ulega również termin związania ofertą, tj. do dnia 25.11.2021 roku.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 22.10.2021 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie