

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**Wanienka do mycia małych dzieci**

Nazwa producenta: Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" Sp. z o.o

Nazwa i typ: Stanowisko do pielęgnacji noworodków system Millennium – Zestaw: „Kacperek”

Lp.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Stanowisko do pielęgnacji noworodków, składające się z wanienki z szafką dwudrzwiową.	Tak. Stanowisko do pielęgnacji noworodków, składające się z wanienki z szafką dwudrzwiową
2.	Wymiary stanowiska: - szerokość: 800mm (+/-10mm) - głębokość: 580mm (+/-10mm) - wysokość: 900mm (+/-10mm)	Tak. Wymiary stanowiska: -szerokość: 800 mm -głębokość: 580 mm -wysokość: 900 mm
3.	Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej naabrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego minimum 19 kolorów.	Tak. Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej naabrany kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego – 20 kolorów
4.	Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego. Możliwość wykonania otworu technologicznego pod baterię. Otwór umiejscowiony z prawej, lewej strony lub centralnie.	Tak. Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo – szklanego. Możliwość wykonania otworu technologicznego pod baterię. Otwór umiejscowiony z prawej, lewej strony lub centralnie
5.	Szafka na nóżkach o wysokości 100mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm).	Tak. Szafka na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania
6.	Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, możliwość wyboru kolorystyki - minimum 19 kolorów do wyboru	Tak. Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, możliwość wyboru kolorystyki – 20 kolorów do wyboru

UWAGI:

1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.