

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Fotel obrotowy, tapicerka zmywalna

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Navy Styl
Classic

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz stałymi podłokietnikami, tapicerka zmywalna	<i>Navy Styl.</i>
2.	Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 995–1195mm, - wysokość siedziska: 380–510mm, - wysokość oparcia: 625–695mm, - szerokość oparcia: 455mm, - szerokość siedziska: 480mm, - głębokość siedziska: 400mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20mm	<i>Zgodnie</i>
3.	Podstawa krzesła pięcioramienna, z czarnego tworzywa. Podstawa wyposażona w samohamowne kółka przeznaczone do twardych powierzchni	<i>Zgodnie</i>
4.	Krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny, który powinien umożliwiać: - swobodne kołysanie się, - synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1, - kąt odchyleń oparcia 19° przy 8 stopniach odchylenia siedziska, - możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, - regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, - regulacja wysokości oparcia (za pomocą zapadek), - mechanizm Anti-Shock, który zabezpiecza przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady, - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego	<i>Zgodnie</i>
5.	Siedzisko krzesła powinno być wykonane na bazie szkieletu ze sklejki o łącznej grubości min 10,5mm. Siedzisko pokryte trudnopalną pianką ciętą o grubości min. 55mm i gęstości min 40kg/m ³	<i>Zgodnie</i>
6.	Szkielet oparcia powinien być wykonany z polipropylenu, pokrytego trudnopalną pianką ciętą o grubości min. 60mm i gęstości min 21kg/m ³ . Oparcie powinno posiadać maskownicę wykonaną z czarnego polipropylenu	<i>Zgodnie</i>
7.	Siedzisko oraz oparcie krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, baza 100% poliester, - gramatura: min. 650g/m ² , - ścieralność: min. 300 000 cykli, - ochrona przez bakteriami, plamami, grzybami.	<i>Zgodnie</i>
8.	Krzesło powinno być wyposażone w stałe podłokietniki, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego (PP)	<i>Zgodnie</i>

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Sofa rozkładana, tapicerka zmywalna

Nazwa producenta: Salmels

Nazwa i typ: S08

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Sofa wypoczynkowa, rozkładana typu wersalka	
2.	Sofa o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) ok. 180-200x85x80cm (+/- 5cm)	<i>Zgodnie</i>
3.	Sofa bez podłokietników	
4.	Sofa rozkładana, typu wersalka tworząca wygodne miejsce do spania.	<i>re</i>
5.	Siedzisko powinno posiadać sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka t30	<i>specyfikacji</i>
6.	Szkielet sofy wykonany z drewna iglastego, płyty stolarskiej oraz sklejk	
7.	Wyścielenie włóknina filcowa oraz owata 100	

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Krzesło stacjonarne, tapicerka zmywalna

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Nowy Styl
W11

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Krzesło stacjonarne na czterech lakierowanych nogach	
2.	Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 820mm, - wysokość siedziska: 470mm, - szerokość całkowita: 545mm, - głębokość całkowita: 560mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20mm	<i>Zgodnie</i>
3.	Stelaż lakierowany proszkowo na kolor czarny lub aluminium – do wyboru przez Zamawiającego	<i>re</i>
4.	Krzesło bez podłokietników	
5.	Oparcie i siedzisko krzesła powinny stanowić dwa oddzielne elementy, maskownice z tworzywa w kolorze czarnym	
6.	Siedzisko oraz oparcie krzesła tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, baza 100% poliester, - gramatura: min. 650g/m ² , - ścieralność: min. 300 000 cykli, - ochrona przez bakteriami, plamami, grzybami.	<i>Specyfikacja</i>

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Fotel dla rodzica

Nazwa producenta:

Soul-Mele

Nazwa i typ:

AM1

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Fotel wypoczynkowy, transportowy w pozycji siedzącej do użytku w pomieszczeniach na terenie szpitala	
2.	Fotel posiadający konstrukcję modułową, możliwość rozbudowy i modyfikacji	
3.	Fotel stabilizujący głowę i plecy, maksymalna waga użytkownika 130kg	
4.	Długość całkowita 750mm (+/- 20mm)	
5.	Szerokość użytkowa siedziska 540mm (+/- 20mm)	
6.	Szerokość całkowita 660mm (+/- 20mm)	
7.	Wysokość całkowita 1200mm (+/- 20mm)	
8.	Waga całkowita max 25kg	
9.	Głębokość użytkowa siedziska 440mm (+/- 20mm)	
10.	Wysokość przedniej krawędzi siedziska 510mm (+/- 20mm)	
11.	Kąt nachylenia oparcia 13°-45°	
12.	Wysokość oparcia 780mm (+/- 20mm)	
13.	Odległość podnóżek od siedziska 360mm (+/- 20mm)	
14.	Kąt między siedziskiem a podnóżkiem 0°-80°	
15.	Wysokość podłokietników 138-220mm	
16.	Sprężyny gazowe oparcia /podnóżka 850 N	
17.	Regulacja wysokości podłokietników poniżej poziomu siedziska umożliwiające przesiadanie się z łózka i na łóżko	
18.	Odchylane płynnie oparcie	
19.	Odchylane podparcie pod łydki	
20.	Tapicerka zmywalna	

Zgodę

ze

Specyfikację

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Ławki
Nowy Styl
Ław 003

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – PODAĆ
1.	Ławka poczekalniowa 3 osobowa bez podłokietników bez tapicerki, zmywalna	
2.	Wymagane wymiary jednego siedziska: - Szerokość siedziska 445mm - Szerokość oparcia 445mm - Głębokość siedziska 425mm - Wysokość oparcia 350mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30mm	<i>Zgodnie</i>
3.	Wymagane wymiary zewnętrzne ławki: - Wysokość całkowita 800mm - Szerokość całkowita 1720mm - Wysokość siedziska 450mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30mm	<i>ne</i>
4.	Każde siedzisko ławki stanowi osobny, niezależny element	
5.	Kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta	
6.	Kubelek elastyczny, oparcie powinno uginać się pod naciskiem pleców	<i>Specyfikacja</i>
7.	Pomiędzy oparciem a siedziskiem powinien znajdować się otwór o wymiarach około 120x30mm +/- 10mm	
8.	Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach	
9.	Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska	
10.	Powierzchnia kubelka w całości o chropowatej strukturze	
11.	Elementy boczne stelaża w kształcie odwróconej litery Y	
12.	Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili: - belka pozioma o profilu prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju 40x80mm - element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom)	
13.	Podstawa posiada plastikowe czarne stopy o większej średnicy niż stelaż	

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.